

Số: 966/BV-VTTYT

Phú Thọ, ngày 19 tháng 5 năm 2023

V/v Mời báo giá trang thiết bị y tế
(lần 2)

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá và lựa chọn các trang thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu của Bệnh viện và trên thị trường. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế trong và ngoài tỉnh có khả năng cung cấp trang thiết bị theo phụ lục đính kèm chào giá trang thiết bị y tế (*chi tiết tại danh mục, cấu hình kỹ thuật trang thiết bị theo phụ lục 1 đính kèm*).

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

2. Thư chào giá (Theo mẫu Phụ lục số 2 đính kèm);

3. Sổ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc sổ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ.;

4. Catalog, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị, CFS và các tài liệu khác liên quan đến trang thiết bị và các nội dung yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (Theo mẫu phụ lục số 3 đính kèm);

5. Thông tin xin gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến trước 10h00 ngày 29/5/2023. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn

Phụ lục 1

(Kèm theo Công văn số 966/BV-VTTYT ngày 19/5/2023 của BVĐK tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình yêu cầu cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy chụp x quang kỹ thuật số	<p>Yêu cầu cấu hình, kỹ thuật cơ bản gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần: 01 chiếc - Bàn bệnh nhân BT: 01 chiếc - Giá chụp phổi : 01 chiếc - Cột bóng kiểu gắn sàn tường hoặc sàn trần: 01 chiếc - Bóng phát tia X- Ray : 01 chiếc - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Bộ - Cáp cao áp HV cables: 02 dây - Tấm cảm biến dạng phẳng: 02 tấm - Trạm điều khiển và thu ảnh số hoá: 01 Bộ - Các phụ kiện chuẩn kèm theo máy <p><i>* Đơn vị có thể chào các cấu hình được đơn vị cho là tốt hơn, tiên tiến hơn so với bản yêu cầu về cấu hình của Bệnh viện, tuy nhiên phải giải thích rõ công nghệ và mức đáp ứng hoặc tốt hơn của sản phẩm trong bản chào giá sản phẩm.</i></p>	Máy	01
2	Máy siêu âm tim màu (3 đầu dò)	<p>Yêu cầu cấu hình, kỹ thuật cơ bản gồm:</p> <p>Hệ thống máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống. Đã bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 cái - Đầu dò pha đơn tinh thể ma trận chuyên tim cho người lớn: 01 cái - Đầu dò Linear chuyên mạch: 01 cái - Đầu dò Convex chuyên tổng quát: 01 cái - Phần mềm tự động đánh dấu mô cơ tim: 01 gói - Phần mềm tự động đo phân suất tổng máu: 01 gói - Phần mềm thăm khám mạch, ổ bụng: 01 gói - Phần mềm DICOM: 01 cái - Bộ máy tính và máy in laser: 01 bộ - Máy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cái - Giấy in ảnh siêu âm đen trắng: 01 cuộn - Máy in ảnh siêu âm màu: 01 cái - Giấy in ảnh siêu âm màu: 01 cuộn - Bộ lưu điện online: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Các ứng dụng tối thiểu có: Tim người lớn, tim thai, thai/sản, ổ bụng, nhi, phần phụ, thóp trẻ sơ sinh, mạch máu ngoại vi, cơ xương khớp <p><i>* Đơn vị có thể chào các cấu hình được đơn vị cho là tốt hơn, tiên tiến hơn so với bản yêu cầu về cấu hình của Bệnh</i></p>	Máy	01

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình yêu cầu cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		<i>viện, tuy nhiên phải giải thích rõ công nghệ và mức đáp ứng hoặc tốt hơn của sản phẩm trong bản chào giá sản phẩm.</i>		
3	Máy siêu âm màu 4D	Yêu cầu cấu hình, kỹ thuật cơ bản gồm: + Cấu hình - Hệ thống máy chính kỹ thuật số kèm màn hình đồng bộ: 01 máy - Đầu dò siêu âm tim người lớn: ứng dụng siêu âm tim người lớn và bụng: 01 cái - Đầu dò Convex ứng dụng siêu âm bụng, sản phụ khoa, nhi khoa: 01 cái - Đầu dò Linear ứng dụng siêu âm mạch máu, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, nhi khoa: 01 cái - Phàn mềm siêu âm 3D: 01 bộ - Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ - Bộ máy tính kèm máy in: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ * Đơn vị có thể chào các cấu hình được đơn vị cho là tốt hơn, tiên tiến hơn so với bản yêu cầu về cấu hình của Bệnh viện, tuy nhiên phải giải thích rõ công nghệ và mức đáp ứng hoặc tốt hơn của sản phẩm trong bản chào giá sản phẩm.	Máy	01

Phụ lục 2

(Kèm theo Công văn số 966/BV-VTYT ngày 19/5/2023 của BVĐK tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên trang thiết bị	Model/ Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Phân loại TTBYT	Kê khai giá công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế	Số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Quyết định trúng thầu trong vòng 120 ngày (nếu có)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
Tổng cộng											

* Ghi chú:

- Cột (8): Gửi kèm tài liệu chứng minh.
- Cột (9); (10) đính kèm ảnh chụp màn hình để chứng minh.
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 6 tháng.

Phụ lục 3

(Kèm theo Công văn số 966/BV-VTYT ngày 19/5/2023 của BVĐK tỉnh Phú Thọ)

Nội dung yêu cầu chung:

A. Yêu cầu chung: Sản xuất từ năm 2022 trở đi, mới 100%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, tiêu chuẩn thiết bị, tiêu chuẩn nhà sản xuất, yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị, nguồn điện sử dụng.

B. Yêu cầu về cấu hình: Ghi rõ: Hệ thống/ Máy... kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống, sau đó nêu rõ số lượng, đơn vị tính, các thành phần chính cấu thành lên thiết bị.

C. Yêu cầu kỹ thuật:

- Nêu được yêu cầu về nguyên lý, công nghệ.

- Nêu được yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật (theo đúng thứ tự sắp xếp của yêu cầu cấu hình)

+ Cấu tạo thiết bị: Kích thước, cảm biến, vật liệu chế tạo, thiết kế, cảm biến...

+ Yêu cầu về điều khiển: Điều khiển bằng cảm ứng, bàn phím...

Nguyên lý điều khiển; Các phương pháp điều khiển, Các chức năng điều khiển...

+ Yêu cầu về hiển thị (nếu có): Nêu rõ loại màn hình, cấu tạo, kích thước, độ sáng, độ phân giải.

+ Yêu cầu về kỹ thuật: Nêu cấu hình chi tiết thành phần, phần cứng, phần mềm, kết nối...

D. Yêu cầu khác: Nêu các yêu cầu về điều kiện thương mại, bảo hành, bảo trì, cung cấp lắp đặt, kiểm định, tài liệu, đào tạo...

* Lưu ý: Đơn vị có thể chào các cấu hình được đơn vị cho là tốt hơn, tiên tiến hơn so với bản yêu cầu về cấu hình của Bệnh viện, tuy nhiên phải giải thích rõ công nghệ và mức đáp ứng hoặc tốt hơn của sản phẩm trong bản chào giá sản phẩm.