

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ  
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1382/BV-VTYT  
V/v Mời báo giá trang thiết bị y tế thuộc  
kế hoạch Mua sắm máy lọc tiểu cầu  
phục vụ khám chữa bệnh

Phú Thọ, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy lọc tiểu cầu phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư – TBYT, email: [Bsanhvtytpt@gmail.com](mailto:Bsanhvtytpt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: [pvt.muasam2022@gmail.com](mailto:pvt.muasam2022@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 08 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2023.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	<p><b>Máy lọc tiểu cầu (bao gồm tủ bảo quản tiểu cầu)</b></p>	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Máy mới 100%</li> <li>✓ Sản xuất năm: 2022-2023</li> <li>✓ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Máy chính</li> <li>- 01 Tủ bảo quản tiểu cầu</li> <li>- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo</li> <li>- 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng</li> </ul> <p><b>3. Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung tích lưu trữ: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 15 túi máu ngẫu nhiên hoặc 07 túi tiểu cầu đã gạn tách từ máy thành phần máu.</li> </ul> </li> <li>- Tốc độ chuyên động: 72 chu kỳ/ phút, có thể điều chỉnh</li> <li>- Chất liệu cơ bản: sơn tĩnh điện kháng vi khuẩn</li> <li>- Nội thất: 1 kệ và 6 ngăn kéo làm bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện kháng vi khuẩn</li> <li>- Khoảng cách ngăn kéo: có thể điều chỉnh, khoảng cách tầng 0.7 inch (~18mm)</li> <li>- Kích thước ngoài (R x C x D): 407 x 343 x 232 m</li> <li>- Trọng lượng tịnh ≤ 15 kg</li> <li>- Độ ồn: 42.2 dBA</li> <li>- Điện áp hoạt động: 100 – 240VAC hoạt động độc lập/ 24VDC tương thích với tủ bảo quản</li> <li>- Tần số: 50 – 60Hz</li> <li>- Điều kiện hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt độ làm việc: từ 5°C đến 35°C</li> <li>+ Độ ẩm: &lt; 80% RH</li> </ul> </li> </ul>	01 Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Thanh Sơn**