

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1570 /BV-VTTYT
V/v Mời báo giá trang thiết bị y tế thuộc
kế hoạch Mua sắm Đèn hồng ngoại phục
vụ khám chữa bệnh

Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Đèn hồng ngoại phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá :

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư –
TBYT, email: Bsanhvtytpt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 12 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	Đèn hồng ngoại	<p><u>1. Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Model: WHF-312 ✓ Hãng sản xuất: Wonjin Mulsan Co.,Ltd ✓ Nước sản xuất: Hàn Quốc ✓ Năm sản xuất: 2022-2023 ✓ Máy mới 100% ✓ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương <p><u>2. Cấu hình tiêu chuẩn:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá cheo đèn có chân đế 5 bánh: 01 chiếc. - Bộ chỉnh công suất phát tia: 01 bộ. - Bộ điều chỉnh hẹn giờ: 01 bộ. - Chụp đèn hồng ngoại: 01 chiếc. - Dây cung cấp nguồn: 01 dây. - Bóng đèn hồng ngoại Philips: 01 bóng - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <p><u>3. Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hẹn giờ: có thể điều chỉnh 0-60 phút hoặc liên tục - Công suất tiêu thụ: 250W - Trọng lượng khoảng: 5.5 kg - Kích thước: 1650 x 550mm +/-10% - Nguồn điện: AC220-230V, 50/60Hz Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ làm việc: từ 5°C đến 35°C + Độ ẩm: < 80% RH 	15 Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn