

Phú Thọ, ngày 02 tháng 4 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư - TBYT, email: Bsanhvtytpt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 03 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 13 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	Máy phun sương khử khuẩn	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015 <p>Cấu hình thiết bị :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính : 01 cái - Thiết bị có 04 bánh xe - Hóa chất đi kèm : 01 can x 5 lít (Sanosil S010) (hàng tặng) <p>Đặc tính kỹ thuật :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị sử dụng hóa chất khử khuẩn bề mặt chứa hoạt chất chính là H₂O₂-Ag. Phân hủy sinh học 99,99% - Hóa chất khử khuẩn đã được chứng minh hiệu quả khử khuẩn qua các thử nghiệm với các loại vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương, nấm mốc, virus, mycobacteria, bào tử và biofilm. - Phần mềm có tính năng cài đặt hàm lượng hóa chất phun - Sử dụng màn hình LCD (hoặc tương đương) ≥ 4.3 inch, đa sắc cảm ứng điều khiển thiết bị trực quan, hiển thị trạng thái thiết bị, hiển thị mức thể tích hóa chất trong can chứa. - Ngôn ngữ: Tiếng anh và tiếng việt - Sử dụng bơm định lượng hóa chất, giúp lượng hóa chất phun ra chính xác - Có khả năng điều chỉnh được tốc độ phun - Có tính năng cảnh báo chu trình bắt đầu và kết thúc qua đèn cảnh báo bằng màu sắc hoặc âm thanh. - Có hệ thống cảnh báo lỗi bằng âm thanh và đèn led màu. Kèm thông báo hiển thị trên màn hình. - Có khả năng lưu trữ tối thiểu lên đến 20 chương trình phòng sử dụng khác nhau - Có bộ nhớ lưu trữ lịch sử phun (Bộ nhớ có thể lưu đến 3000 mục) - Có chế độ kiểm tra máy - Thiết bị được chế tạo sử dụng vật liệu chống ăn mòn <p>Thông số kỹ thuật :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể tích tối đa phòng tối đa có thể xử lý: 300 	01 Cái

	<p>m³</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (chưa tay đẩy): Dài x Rộng x Cao: ≤ 370 x 240 x 426 (mm) - Kích thước máy: Dài x Rộng x Cao: ≤ 370 x 240 x 723 (mm), có tay đẩy - Khối lượng: ≤ 15 kg (không có hóa chất); 20.5 kg (có hóa chất) - Điện áp sử dụng: 220-240 V AC 50/60Hz - Dải nhiệt độ môi trường hoạt động: 5 đến 45 độ C - Công suất của motor: ≥ 1100W - Tốc độ quay của motor: ≥ 19000 vòng/phút - Lưu lượng quạt gió: ≥ 107.3 CFM - Tốc độ phun (có thể điều chỉnh): ≥ 30-37ml/phút - Kích thước hạt phun: ≥ 5 - 10 μm (micro mét) - Khoảng cách hóa chất đi xa nhất: ≥ 14 mét 	
--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HĐMS.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn