

Phú Thọ, ngày 06 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy ly tâm phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư - TBYT, email: Bsanhvtytpt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 05 năm 2024 đến trước 16h ngày 18 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên TBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	Máy ly tâm	1. Yêu cầu chung: - Chất lượng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 2. Cấu hình cơ bản:	01 Máy

		<ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 bộ - Roto văng RS-240A: 01 bộ - Bucket đựng ly tâm 24 ống nghiệm 10ml: 01 bộ <p>3. Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <p>Rotor văng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống điều khiển: Điều khiển vi xử lý bằng bộ đổi điện, tốc độ, lực ly tâm, thời gian, tăng tốc/ giảm tốc, số bộ nhớ: 99 kênh tối đa (3 bộ nhớ chương trình cài đặt trực tiếp bằng nút bấm trên bảng điều khiển) - Giá đỡ ống nghiệm: 24 ống x 10ml - Khả năng chứa mẫu tối đa: 15mL x 24 - Vận tốc tối đa: 4000 rpm (4000 vòng/ phút) - RCF tối đa (x g): 2610 x g - Kích thước: 34 x 42 x 33 cm - Khối lượng: 20 kg - Công suất tiêu thụ: 170W, 0.61MJ/h - Nguồn điện: <ul style="list-style-type: none"> + Đơn phase 110/115V ±10%, 50/60Hz, 8A + Đơn phase 220/230V ±10%, 50/60Hz, 5A - Dòng điện: 110V 2.7A, 115V 2.5A, 220/230V 1.3A. - Môi trường sử dụng: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ: 10 – 35 độ C + Độ ẩm: 30 – 85% + Áp suất môi trường: 70 – 106 kPa (700-1060 mbar) - Tiêu chuẩn điện áp: <ul style="list-style-type: none"> + IEC61010-2-020: 110/115V model + CE Marking: 220/230V model - Cài đặt tốc độ: <ul style="list-style-type: none"> + 200 – 4000 rpm + 10 rpm mỗi bước - Cài đặt thời gian: giây: 1 giây mỗi bước; phút: 1 phút mỗi bước; giờ: 1 giờ mỗi bước. Giữ liên tục. - Gia tốc/ giảm tốc: 2 nút chuyển đổi, giảm tốc tự nhiên 	
--	--	---	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HĐMS.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn