

Phú Thọ, ngày 30 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh và hoạt động về
lĩnh vực trang thiết bị y tế, máy móc trong và ngoài tỉnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu mua sắm 03 máy võ rung hô hấp tự động phục vụ công tác chuyên môn. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trân trọng thông tin tới các doanh nghiệp kinh doanh và hoạt động về lĩnh vực trang thiết bị y tế, máy móc trong và ngoài tỉnh cung cấp các thông tin về giá, khả năng cung cấp đối với trang thiết bị y tế nêu trên làm cơ sở để Bệnh viện tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư BHYT, số điện thoại: 0868.246.688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 31 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30' ngày 13 tháng 8 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế: Chi tiết theo phụ lục đi kèm.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn

PHỤ LỤC
MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 30/7/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy vỗ rung hô hấp tự động	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%- Sản xuất từ năm 2023 trở về sau- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương- Môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>2. Yêu cầu cấu hình kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thân máy chính: 01 cái- Ống dẫn khí: 01 bộ- Xe đẩy chính hãng: 01 cái- Công tắc khẩn: 01 cái- Áo vỗ rung hô hấp tự động sử dụng nhiều lần cho 1 bệnh nhân: 15 cái- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ <p>3. Yêu cầu thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy vỗ rung hô hấp tự động giúp loại bỏ chất tiết tích tụ trong ống phế quản bằng cách mô phỏng cơn ho hoặc vỗ nhẹ vào thành ngực của bệnh nhân- Máy vỗ rung hô hấp tự động tạo ra lực cắt trên lớp nội mạc của thành khí quản, dẫn đến sự gia tăng đáng kể vận tốc luồng không khí bên trong đường thở giúp huy động các chất tiết và chất nhầy dễ dàng di chuyển lên đường hô hấp trên- Có thể thay đổi tối thiểu các thông số: Tần số, Áp lực, Thời gian- Có nhiều chương trình/ chế độ- Tần số giao động từ $\leq 1\text{Hz}$ đến $\geq 20\text{Hz}$- Áp lực dao động ≤ 3 đến $\geq 30\text{mmHg}$	Máy	03

STT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng phiên tối đa: ≥ 99 phút - Tiếng ồn: ≤ 65dB - Chức năng phát hiện ho và tạm dừng để ho - Có công tắc kéo dài - Có nút dừng khẩn cấp - Giao diện vận hành bằng màn hình cảm ứng ≥ 7 inch - Có nút bắt đầu và kết thúc cho quá trình điều trị trên màn hình cảm ứng - Có nút tạm dừng và tiếp tục trong quá trình điều trị trên màn hình cảm ứng - Màn hình hiển thị các cài đặt chế độ làm việc, tần số, áp suất và thời gian được sử dụng - Xe đẩy máy có bánh xe và giỏ đựng 		