

Phú Thọ, ngày 26 tháng 9 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm đèn điều trị vẩy nến và lược trị liệu da liễu phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư - BHYT, số điện thoại: 0868.246.688, địa chỉ email: bsanhvtytpt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h30' ngày 27 tháng 9 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 08 tháng 10 năm 2024 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật)  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, từ ngày 08 tháng 10 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế hàng hóa linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	ĐVT	Số lượng
1	Đèn chiếu điều trị bệnh vẩy nến	<p>- Thiết bị được ứng dụng trong điều trị các bệnh về da liễu: vẩy nến, bạch biến...</p> <p>- Đèn thiết kế nhỏ gọn, dạng đứng có hệ trục quay <math>\geq 350^{\circ}</math> để có thể sử dụng điều trị được ở tư thế nằm, ngồi, đứng.</p> <p><b>Cấu hình tối thiểu:</b></p>	Chiếc	01

<b>TT</b>	<b>Tên hàng hóa</b>	<b>Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>
		- Máy chính bao gồm 4 đèn UVB311 x 20W: 01 chiếc - Kính bảo vệ tia UV: 02 chiếc - Dây nguồn: 01 cái - HDSĐ Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ		
2	Lược trị liệu da liễu	- Thiết kế dạng thiết bị cầm tay nhỏ gọn, sử dụng để điều trị đối với các vùng da hẹp, nhỏ như ngón tay, da đầu, các hốc khuỷu tay chân,... - Thiết bị được ứng dụng trong điều trị các bệnh da liễu : vẩy nến, bạch biến... <b>Cấu hình tối thiểu:</b> - Máy chính bao gồm đèn UVB 311 x 9W : 01 chiếc - Kính bảo vệ tia UV: 01 chiếc - Dây nguồn : 01 chiếc - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ -HDSĐ tiếng anh + Tiếng Việt: 01 bộ	Chiếc	01

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HĐMS.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Thanh Sơn**