

Phú Thọ, ngày 26 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư BHYT, số điện thoại: 0868246688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00' ngày 27 tháng 9 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 08 tháng 10 năm 2024 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục linh kiện thay thế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ chổi than nguồn	<p>- Bộ chổi than nguồn tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt; model: SOMATOM Scope; Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Trung Quốc</p> <p>- Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản:</p> <p>+ Điện áp: 700V</p> <p>+ Dòng điện: 80A</p> <p>+ Bộ gồm: 19 chiếc</p> <p>+ Chất liệu chính: Carbon</p>	01	Bộ
2	Bộ chổi than tín hiệu	<p>- Bộ chổi than tín hiệu tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt; Model: SOMATOM Scope; Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Trung Quốc</p> <p>- Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản:</p> <p>+ Điện áp của tín hiệu điều khiển: 24VDC</p> <p>+ Điện áp nguồn: 230V AC</p> <p>+ Bộ gồm 16 chổi than: Bao gồm một khối truyền tải dữ liệu có 08 chổi than và 08 chổi than rời truyền điện áp nguồn</p>	01	Bộ
3	Bộ phận (module) thu nhận tín hiệu hình ảnh	<p>- Bộ phận (module) thu nhận tín hiệu hình ảnh tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt; Model: SOMATOM Scope; Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Trung Quốc</p>	01	Bộ

		<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản: + Công nghệ: UFC (Ultra Fast Ceramic) hoặc tương đương + Số hàng: 24 hàng + Số kênh trên mỗi module: 16 kênh + Điện áp: 3.3 VDC, 5.8 VDC 		
4	Vành nhựa bảo vệ gantry	<ul style="list-style-type: none"> - Vành nhựa bảo vệ gantry tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt; Model: SOMATOM Scope; Hãng/Nước sản xuất: Siemens/Trung Quốc - Tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản: + Dài: 2195 +/- 5 mm + Rộng: 8.5 +/-5 mm + Chất liệu chính: Nhựa trong suốt 	01	Chiếc

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ .

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn