

Phú Thọ, ngày 31 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, mua bán thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị nội soi tiêu hóa (dây nội soi dạ dày, đại tràng) để tham khảo xác định giá gói thầu làm cơ sở cho Bệnh viện tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư BHYT, số điện thoại: 0868.246.688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư BHYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 01 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h30' ngày 12 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). Theo phụ lục 1 đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Thời gian giao hàng dự kiến ≤ 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và bệnh viện.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Thanh Sơn

Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
PHU THO
Email: GiaoKet@Binhviendakhoatinhphutho.vn
Số điện thoại: 0912.322.222
Ngày ký: 31-10-2024 09:38:09 +07:00

PHỤ LỤC 1
MÔ TẢ CHI TIẾT THIẾT BỊ NỘI SOI TIÊU HÓA
(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 31/10/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

I. Danh mục thiết bị y tế

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Dây nội soi đại tràng tương thích với nguồn sáng XL-4450/VP-3500HD của hãng Fujinon	Cái	04	Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: XL-4450/VP-3500HD, hãng sản xuất Fujinon hiện có tại Bệnh viện
2	Dây nội soi dạ dày tương thích với nguồn sáng XL-4450/VP-3500HD của hãng Fujinon	Cái	04	Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: XL-4450/VP-3500HD, hãng sản xuất Fujinon hiện có tại Bệnh viện.
3	Dây nội soi đại tràng tương thích với nguồn sáng CV 170 của hãng Olympus	Cái	01	Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: CV-170 , hãng sản xuất Olympus hiện có tại Bệnh viện.
4	Dây nội soi dạ dày tương thích với nguồn sáng CV 170 của hãng Olympus	Cái	01	Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: CV-170 , hãng sản xuất Olympus hiện có tại Bệnh viện.

II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với thiết bị y tế

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
I	Dây nội soi đại tràng tương thích với nguồn sáng XL-4450/VP-3500HD của hãng Fujinon
A	Yêu cầu chung
	Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi
	Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
B	Yêu cầu về cấu hình
1	Dây nội soi đại tràng ống mềm video : 01 Bộ
2	Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Hộp đựng dây soi: 01 Cái
	- Dụng cụ thông khí: 01 Cái
	- Chổi rửa ngắn: 01 Cái
	- Chổi rửa dài: 01 Cái
	- Van sinh thiết: 10 Cái
	- Kim sinh thiết dùng 1 lần: 10 Cái
	- Van hút: 01 Cái
	- Bộ rửa kênh: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
C	Tính năng kỹ thuật
	- Hướng quan sát nhìn thẳng
	- Phạm vi quan sát : $\leq 3 - \geq 100\text{mm}$
	- Trường nhìn : $\geq 140^\circ$
	- Đường kính đầu dây soi: $\leq 12,8 \text{ mm}$
	- Đường kính thân dây soi: $\leq 12,8 \text{ mm}$
	- Đường kính kênh sinh thiết: $\geq 3,7 \text{ mm}$
	- Khả năng uốn cong:
	+ Lên $\geq 180^\circ$ / xuống $\geq 180^\circ$
	+ Phải $\geq 160^\circ$ / trái $\geq 160^\circ$
	- Chiều dài làm việc : $\geq 1330 \text{ mm}$
	- Chiều dài toàn bộ : $\geq 1650 \text{ mm}$
	- Có kênh nước phụ
	- Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: XL-4450/VP-3500HD, hãng sản xuất Fujifilm hiện có tại Bệnh viện.
D	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
	Có số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT
II	Dây nội soi dạ dày tương thích với nguồn sáng XL-4450/VP-3500HD của hãng Fujinon
A	Yêu cầu chung
	Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi
	Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485
B	Yêu cầu về cấu hình
1	Dây nội soi dạ dày ống mềm video : 01 bộ
2	Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Hộp đựng dây soi: 01 Cái
	- Dụng cụ thông khí: 01 Cái
	- Chổi rửa ngắn: 01 Cái
	- Chổi rửa dài: 01 Cái
	- Nhựa ngáng miệng: 01 Cái
	- Van sinh thiết: 10 Cái
	- Kìm sinh thiết dung 1 lần: 10 Cái
	- Van hút: 01 Cái
	- Bộ rửa kênh: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
C	Tính năng kỹ thuật
	- Hướng quan sát nhìn thẳng
	- Phạm vi quan sát : $\leq 4 - \geq 100\text{mm}$
	- Trường nhìn : $\geq 140^\circ$

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
	- Đường kính đầu dây soi: $\leq 9,4$ mm
	- Đường kính thân dây soi: $\leq 9,3$ mm
	- Đường kính kênh sinh thiết: $\geq 2,8$ mm
	- Khả năng uốn cong:
	+ Lên $\geq 210^\circ$ / xuống $\geq 90^\circ$
	+ Phải $\geq 100^\circ$ / trái $\geq 100^\circ$
	- Chiều dài làm việc : ≥ 1030 mm
	- Chiều dài toàn bộ : ≥ 1350 mm
	- Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: XL-4450/VP-3500HD, hãng sản xuất Fujifilm hiện có tại Bệnh viện.
D	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Có số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT
III	Dây nội soi đại tràng tương thích với nguồn sáng CV 170 của hãng Olympus
A	Yêu cầu chung
	Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi
	Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485
B	Yêu cầu về cấu hình
1	Dây nội soi đại tràng ống mềm video : 01 Bộ
2	Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Hộp đựng dây soi: 01 Cái
	- Dụng cụ thông khí: 01 Cái
	- Chổi rửa ống: 01 Cái

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
	- Chổi rửa dài: 01 Cái
	- Van sinh thiết: 10 Cái
	- Kim sinh thiết dùng 1 lần: 10 Cái
	- Van hút: 01 Cái
	- Bộ rửa kênh: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
C	Tính năng kỹ thuật
	- Hướng quan sát nhìn thẳng
	- Phạm vi quan sát : $\leq 3 - \geq 100\text{mm}$
	- Trường nhìn : $\geq 140^\circ$
	- Đường kính đầu dây soi: $\leq 12,8 \text{ mm}$
	- Đường kính thân dây soi: $\leq 12,8 \text{ mm}$
	- Đường kính kênh sinh thiết: $\geq 3,7 \text{ mm}$
	- Khả năng uốn cong:
	+ Lên $\geq 180^\circ$ / xuống $\geq 180^\circ$
	+ Phải $\geq 160^\circ$ / trái $\geq 160^\circ$
	- Chiều dài làm việc : $\geq 1330 \text{ mm}$
	- Chiều dài toàn bộ : $\geq 1650 \text{ mm}$
	- Có kênh nước phụ
	- Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: CV-170, hãng sản xuất Olympus hiện có tại Bệnh viện.
D	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Có số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
	định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT
IV	Dây nội soi dạ dày tương thích với nguồn sáng CV 170 của hãng Olympus
A	Yêu cầu chung
	Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi
	Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485
B	Yêu cầu về cấu hình
1	Dây nội soi dạ dày ống mềm video : 01 bộ
2	Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	- Hộp đựng dây soi: 01 Cái
	- Dụng cụ thông khí: 01 Cái
	- Chổi rửa ngắn: 01 Cái
	- Chổi rửa dài: 01 Cái
	- Nhựa ngáng miệng: 01 Cái
	- Van sinh thiết: 10 Cái
	- Kìm sinh thiết dung 1 lần: 10 Cái
	- Van hút: 01 Cái
	- Bộ rửa kênh: 01 Bộ
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
C	Tính năng kỹ thuật
	- Hướng quan sát nhìn thẳng
	- Phạm vi quan sát : $\leq 4 - \geq 100\text{mm}$
	- Trường nhìn : $\geq 140^\circ$

STT	Yêu cầu cấu hình và tính năng kỹ thuật
	- Đường kính đầu dây soi: $\leq 9,4$ mm
	- Đường kính thân dây soi: $\leq 9,3$ mm
	- Đường kính kênh sinh thiết: $\geq 2,8$ mm
	- Khả năng uốn cong:
	+ Lên $\geq 210^\circ$ / xuống $\geq 90^\circ$
	+ Phải $\geq 100^\circ$ / trái $\geq 100^\circ$
	- Chiều dài làm việc : ≥ 1030 mm
	- Chiều dài toàn bộ : ≥ 1350 mm
	- Hoạt động tương thích, đồng bộ hoàn toàn với hệ thống nội soi model: CV-170 , hãng sản xuất Olympus hiện có tại Bệnh viện.
D	Yêu cầu khác
	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng
	Có số công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT