

Phú Thọ, ngày 07 tháng 10 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy điện châm phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư – TBYT,  
email: Bsanhvtytpt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 21 tháng 10 năm 2024 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên TBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	Máy điện châm	<b>Yêu cầu chung:</b> - Hàng mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương <b>Cấu hình tối thiểu:</b> - Máy chính: 01 chiếc - Giắc nguồn: 01 chiếc - Dây cắm đứng: 01 sợi (kết hợp miếng dán) - Miếng dán màu trắng: 01 cặp	45 Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây kẹp: 05 sợi (kết hợp đầu kẹp)</li> <li>- Sách hướng dẫn: 01 quyển</li> </ul> <p><b>Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn chính một pha 220V/50Hz hoặc pin 9V bên trong</li> <li>- Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF</li> <li>- Dạng sóng: Liên tục, ngắt quãng, sóng nén, sóng dao động lên xuống</li> <li>- Tần số: 1,2Hz – 55Hz</li> <li>- Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút</li> <li>- Kích thước: 222 x 172 x 75 (mm)</li> <li>- Trọng lượng: 1.6 kg</li> </ul>	
--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Đình Thanh Sơn**