

Phú Thọ, ngày 20 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Mua sắm máy khí dung phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư - TBYT,
email: Bsanhvtytpt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 21 tháng 11 năm 2024 đến trước 16h00' ngày 02 tháng 12 năm 2024 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật).
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	ĐVT	Số lượng
1	Máy khí dung	Thiết bị là máy xông khí dung siêu âm, ngõ ra khí dung cao sử dụng trong điều trị y tế tại bệnh viện và chăm sóc sức khỏe tại nhà, độ bền cao. Cấu hình chuẩn: - 01 Máy chính	Cái	04

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	ĐVT	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - 01 Cốc đựng thuốc - 01 Ống xoắn ruột gà - 01 Miếng gắn vào miệng (Mouthpiece) - 01 Bộ lọc khí - 01 Mặt nạ xông khí cho người lớn <p>Các thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: AC, 50/60Hz. - Tiêu thụ điện: 40VA/39VA (50Hz/60Hz). - Tần số siêu âm: 1.7MHz.. - Tốc độ phun khí dung tối đa: <ul style="list-style-type: none"> - 3.5mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 3, phun khí dung (Nebulization) mức 5. - 0.7mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 1, phun khí dung (Nebulization) mức 1 . - Kích thước partial hạt phun: MMAD 5.5µm. - Dung tích chai đựng dung dịch: 100mL. - Dung tích nước kích hoạt: 200mL. - Tốc độ lưu thông khí tối đa: 16L/phút - Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút. & liên tục. - Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt. - Màn hình hiển lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao. - Kích thước: rộng 260 x ngang 145 x cao 195mm. - Trọng lượng: 2.4kg (máy chính). 		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HĐMS.

GIÁM ĐỐC



Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
PHÚ THỌ
Email: phutho@viendakhoatinhphutho.vn
Số điện thoại: 0310.382.1111

Lê Đình Thanh Sơn