

SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 989/BV-VTTYT
V/v mời báo giá sửa chữa, thay thế
linh kiện dây nội soi tiêu hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phú Thọ, ngày 11 tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị có đủ năng lực sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu thuê đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị y tế (*theo phụ lục 1 đính kèm*). Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị đủ năng lực cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị y tế đến quan tâm khảo sát hiện trạng, gửi thư đề xuất giá và các nội dung công việc sửa chữa, thay thế linh kiện để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động khám chữa bệnh, bao gồm:

- Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho thiết bị y tế.

- Thư chào giá dịch vụ: Các nội dung sửa chữa, thay thế linh kiện cụ thể cho thiết bị nêu trên. Báo giá dịch vụ bao gồm chi phí, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành, thời gian tiến độ thực hiện và các nội dung liên quan khác để Bệnh viện tổ chức xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai các công việc tiếp theo.

Hồ sơ báo giá dịch vụ xin gửi về: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thời gian nộp báo giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2025.

Các thông tin khác đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế, số điện thoại: 0868.246.688.

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, TCG, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn
PHỤ THỘ

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo Công văn số 989/BV-VTTYT ngày 11/3/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)

STT	Tên thiết bị y tế	Số lượng	Hãng/ Nước sản xuất	Model	Series	Năm sản xuất	Hiện trạng thiết bị y tế
1	Dây nội soi dạ dày	01	Fujifilm/ Nhật Bản	EG-530WR	JG361K553	2023	- Nắp nhựa đầu ống soi bị nứt keo; - Hình ảnh bị quầng rộng; - Dây dẫn sáng bị đứt một bên; - Bộ phận uốn cong bị biến dạng; - Kênh sinh thiết bị gợn đoạn uốn cong; - Bộ phận ống dẫn bị mòn.
2	Dây nội soi dạ dày	01	Fujifilm/ Nhật Bản	EG-530WR	JG361K643	2023	- Vỏ cao su bị rò rỉ; - Bong tróc keo epoxy xung quanh đầu dây soi; - Hình ảnh bị quầng rộng; - Bộ phận uốn cong bị biến dạng và cứng nặng khi thao tác; - Gợn kênh sinh thiết đoạn uốn cong.
3	Dây nội soi dạ dày	01	Fujifilm/ Nhật Bản	EG-530WR	2G361K841	2016	- Không sử dụng được chức năng bơm khí nước; Khó kiểm soát thông tin dây soi.
4	Dây nội soi đại tràng	01	Fujifilm/ Nhật Bản	EC-530WL3	KC643K011	2023	- Không điều khiển được góc làm việc (U,D); Nguy cơ dò khí thẩm thấu dung dịch vào ống soi.
<i>Tổng cộng: 04 khoản</i>							