

Phú Thọ, ngày 12 tháng 3 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng phòng Vật tư – TBYT, email: Bsanhvtytpt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  - Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00' ngày 13 tháng 03 năm 2025 đến trước 16h00' ngày 24 tháng 03 năm 2025 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật)  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

TT	Tên TTBYT cần mua sắm	Cấu hình, thông số kỹ thuật, đặc điểm	Số lượng
1	Máy xông khí dung siêu âm	<b>I. Yêu cầu chung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Thiết bị mới 100%</li><li>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</li></ul> <b>II. Cấu hình chuẩn:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>01 Máy chính</li><li>01 Cốc đựng thuốc</li></ul>	07 Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Ống xoắn ruột gà</li> <li>- 01 Ống ngậm miệng</li> <li>- 01 Bộ lọc khí</li> <li>- 01 Mặt nạ xông khí cho người lớn</li> <li>- 01 Sách HDSĐ</li> </ul> <p><b>III. Thông số kỹ thuật</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện: AC, 50/60Hz</li> <li>- Tiêu thụ điện: 39VA-40VA (50Hz-60Hz)</li> <li>- Tần số siêu âm: 1.7MHz</li> <li>- Tốc độ phun khí dung tối đa: + ≤3.5mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 3, phun khí dung (Nebulization) mức 5 + ≤ 0.7mL/phút (tại dung tích lưu lượng khí (Air Flow) mức 1, phun khí dung (Nebulization) mức 1</li> <li>- Kích thước partial hạt phun: MMAD 5.5µm</li> <li>- Dung tích chai đựng dung dịch: ≥ 100mL</li> <li>- Dung tích nước kích hoạt: ≥ 200mL</li> <li>- Tốc độ lưu thông khí tối đa: ≥ 16L/phút</li> <li>- Đồng hồ hẹn giờ: 1~30 phút. &amp; liên tục.</li> <li>- Thiết bị an toàn: Có cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt</li> <li>- Màn hình hiển lỗi: Mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao</li> <li>- Kích thước: ≤ Rộng 260 x ngang 145 x cao 195mm</li> <li>- Trọng lượng: ≤ 2.4kg (máy chính).</li> </ul>	
2	<b>Máy hút dịch</b>	<p><b>I. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</li> </ul> <p><b>II. Cấu hình chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống hút bụng: 01 chiếc</li> <li>- Ống cầu chì (F2AL250V, Φ5 x 20): 02 chiếc</li> <li>- Bộ lọc khí: 02 chiếc</li> <li>- Ống hút mềm (Φ7 x Φ12, dài 2m): 01 chiếc</li> <li>- Dây nguồn: 01 chiếc</li> <li>- Công tắc chân: 01 chiếc</li> <li>- Sách HDSĐ: 01 bộ</li> </ul> <p><b>III. Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy bơm chân không, lưu lượng hút cao</li> <li>- Điện vào: 180VA</li> <li>- Nguồn điện: AC220V±10% ; 50Hz</li> <li>- Chân không tối đa: &gt;80kPa</li> <li>- Phạm vi chân không điều chỉnh: 30kPa đến chân không tối đa</li> <li>- Tốc độ hút: ≥40L/phút</li> </ul>	05 Cái

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ ồn: <math>\leq 60\text{dB(A)}</math></li> <li>- Bình đựng dịch (thủy tinh): <math>\geq 2500\text{ml/bình}</math>, một máy có 2 bình</li> <li>- Khối lượng tịnh: <math>\leq 17\text{kg}</math></li> <li>- Kích thước: <math>\leq 350 \times 305 \times 795 \text{ (mm)}</math></li> <li>- Hệ thống làm việc: Hoạt động liên tục</li> <li>- Phân loại điện: Thiết bị loại I, phần ứng dụng loại B</li> </ul> <p><b>III. Điều kiện làm việc bình thường:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệt độ làm việc: <math>+5^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Độ ẩm tương đối: <math>30\% \sim 80\%</math></li> <li>- Áp suất không khí: <math>86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}</math>.</li> </ul>	
--	---	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, trang thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

**GIÁM ĐỐC**



Ký bởi: **Lê Đình Thanh Sơn**  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH