

Phú Thọ, ngày 16 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm bóng phát tia X để sửa chữa, thay thế cho hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Vật tư TBYT, số điện thoại: 0868246688, email: bsanhvtytpt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00' ngày 18 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 6 năm 2025 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
I	Yêu cầu chung			
1	Bóng phát tia X máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt	Bóng phát tia X tương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt; model: Access CT; SN: 310227; Hãng/Nước sản xuất: Philips/Trung Quốc; Năm sản xuất: 2019	01	Cái
II	Yêu cầu chi tiết	+ Yêu cầu kỹ thuật: - Chất liệu chính của anode: Tungsten, Rhenium, graphite và các chất liệu khác. - Điện áp hoạt động thông thường của bóng: ≥ 140 KV - Kích thước tiêu điểm: + Tóc nhỏ: 0,4 x 0,7 (mm) + Tóc lớn: 0,6 x 1,3 (mm) - Công suất phát tia thông thường: + Tóc nhỏ: ≥ 28 kW + Tóc lớn: ≥ 28 kW - Góc nghiêng anode: khoảng 7^0 - Công suất tản nhiệt cực đại của anode: $\geq 5,9$ kW (500kHu/min) - Trữ nhiệt lớn nhất của bóng: $\geq 2,5$ MJ (3,5 MHU) - Lọc tia cố định: 1.5 mm Al/75 kV (IEC60522) - Hệ số tải cho lọt tia: ≥ 140 kV; ≥ 25 mA - Công suất tản nhiệt của khối làm mát: $\geq 5,0$ kW - Phương pháp làm mát: Chủ động, tản nhiệt dầu tới không khí hoặc tương đương - Nhiệt độ môi trường hoạt động: $+5^{\circ}\text{C}$ đến $+35^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm môi trường hoạt động: 10% đến 90% (không đọng nước)		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa, thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác: Thời gian bảo hành bóng phát tia $X \geq 12$ tháng kể từ ngày thay mới hoặc theo điều kiện bảo hành của hãng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIAM ĐỐC

Lê Đình Thanh Sơn
KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ