

Số: 4088/BV-VTTYT
V/v mời kiểm tra và báo giá
sửa chữa máy thở

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn cho 02 máy thở phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Tuấn Anh (SĐT: 0868.246.688) - Trưởng Phòng Vật tư - TBYT, email: Bsanhvtytpt@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Nhận qua email: pvt.muasam2022@gmail.com

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 17 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h ngày 28 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục trang thiết bị y tế cần sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn:

STT	Tên thiết bị và danh mục dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa máy thở cao tần Engstrom Model: ENGSTROM CS Seri: CBCR00728 Hãng/ nước SX: Datex - Ohmeda/Mỹ.	- Sửa chữa và bảo dưỡng Modul màn hình hiển thị LCD; - Sửa chữa khối đo thể tích thở ra Exhalation Valve; - Sửa chữa và bảo dưỡng Modul nguồn Battery; - Sửa chữa Control valve khí AIR điều khiển.	01	Máy
2	Sửa chữa, máy thở cao tần Puritan Bennet	- Sửa chữa và bảo dưỡng Modul khối nguồn xung cao tần điều khiển;	01	Máy

STT	Tên thiết bị và danh mục dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
	Model: BENNET 840 Seri: 3512171590. Hãng/ nước SX: Puritan Bennet /Ireland	- Sửa chữa và bảo dưỡng khối mạch Cảm biến oxy; - Sửa chữa và bảo dưỡng modul bộ trộn khí O2/AIR MIX control valve flow sensor đầu vào.		

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và hiệu chuẩn dự kiến: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng giữa nhà cung cấp và Bệnh viện đa khoa Tỉnh Phú Thọ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCKT, VTYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Thanh Sơn
Ký và in tên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ